

2007 年 7 月

お客様 各位

ベックマン・コールター株式会社  
学術・薬事品質統括部門  
部門長 渡邊 正一

## Cell Lab 抗体試薬 Mouse Anti-Human IgG2 に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品 Cell Lab 抗体試薬 Mouse Anti-Human IgG2 におきまして、試薬添付文書の特異性記載に誤りがあることが判明しましたので、お知らせ申し上げます。

本製品へのご質問等がございましたら、お問い合わせをいただきますと共に、貴施設にて下記製品をご使用の方々にも本情報を共有していただきますようお願い申し上げます。

略儀ながら、書面をもちましてご案内させていただきます。お客様にご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げますとともに、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

	製品番号	製品名
対象試薬	733188	Mouse Anti-Human IgG2(Fd) - UNLB
	733189	Mouse Anti-Human IgG2(Fd) - AP
	733190	Mouse Anti-Human IgG2(Fd) - HRP
	733191	Mouse Anti-Human IgG2(Fd) - BIOTIN
	736403	Mouse Anti-Human IgG2(Fd) - FITC
	736408	Mouse Anti-Human IgG2(Fd) - PE
内容	【正】 Reacts with the <b>Fd</b> portion of the heavy chain of human IgG2 as demonstrated by ELISA  【誤】 Reacts with the <b>Fc</b> portion of the heavy chain of human IgG2 as demonstrated by ELISA  本抗体は Human IgG2 重鎖の Fd 領域に反応し、Fc 領域への反応は規定されておりません。	
問い合わせ先	ベックマン・コールター株式会社 ホットライン 電話 0120-826-777 または 03-6745-4705 FAX 0120-500-396 または 03-5530-8646 電話受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・その他休業日を除く)	

(PCA-M-E-1023)

以上